



Una mano amiga... una vida mejor

E.S.E HOSPITAL LA  
MISERICORDIA – YALÍ

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO  
HOSPITALARIO 2022

Código: PPED-F-04

Versión: 01

Fecha: 12/06/2013


Página 1 de 1

# PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL LA MISERICORDIA”

### YALI – ANTIOQUIA

### AÑO: 2022

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 1 de 73

## MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022


### INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de su misión La ESE Hospital La Misericordia tiene la exigencia de desarrollar sus actividades en el marco de la normatividad vigente, garantizando la adecuada gestión de los procesos de ambiente físico, en lo referente a sus instalaciones y abordando eficientemente el ciclo administrativo del Equipamiento Biomédico, buscando de esta manera una prestación eficiente, oportuna y segura de los servicios de salud.

El presente Plan es una herramienta técnico administrativa, que contiene la realización de una serie de actividades dirigidas principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a manejar el funcionamiento de los equipos de tal manera que se contribuya a garantizar la operación segura, el funcionamiento correcto, a máximas prestaciones y a costo efectivo.

### MARCO LEGAL:

Ley 100 de 1993 Minprotección Social  
 Decreto 1769 de 1994 Minprotección Social  
 Circular externa 029 de 1997 de la SNS  
 Resolución 4725 de 2001 Minprotección Social  
 Decreto 2434 de 2006 Minprotección Social  
 Decreto 4562 de 2006 Minprotección Social  
 Decreto 4957 de 2007 Minprotección Social  
 Circulares únicas No. 47 y 49 de 2007 y 2008 de la SNS  
 Resolución 4445 de 1996 Minprotección Social  
 NSR-10 (Norma de sismo-resistencia) Asociación Colombiana de ingeniería sísmica.  
 NTC 1500 (Código Colombiano de fontanería) Icontec internacional  
 Resolución 1439 Minprotección Social  
 Resolución 4410 Minprotección Social  
 NTC 5318 Icontec internacional  
 NTC 5319 Icontec internacional  
 NTC 4341 Icontec internacional  
 NTC 4144 Icontec internacional  
 NTC 4201 Icontec internacional  
 NTC 4349 Icontec internacional  
 Decreto 4725 de 2005

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 2 de 73


Resolución 2003 de 2014  
Decreto 780 de 2016

### CONCEPTOS BÁSICOS:

- **Plan de mantenimiento:**  
Se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al área o servicio en la Institución.
- **Mantenimiento:**  
Actividad técnico administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a manejar el funcionamiento de un equipo.
- **Mantenimiento Predictivo:** Está basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de falla antes de que suceda.
- **Mantenimiento preventivo:** Este mantenimiento normalmente incluye inspecciones periódicas de instrumentos y equipos, haciendo las tareas de limpieza, lubricación, ajuste, comprobación y remplazo de componentes defectuosos, que pudieran fallar, alterando el estado operacional del equipo antes de la próxima inspección.
- **Mantenimiento correctivo:** Es el trabajo realizado sobre un equipo o parte para restaurar su estado operacional. No es planificado.

### Objetivos de la Institución

- Garantizar un adecuado ambiente físico, mediante el mantenimiento y adecuación de la infraestructura y la adquisición de tecnología necesaria para la prestación de servicios de salud en forma segura.
- Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y su grupo familiar, mediante una adecuada gestión por procesos, que permita brindar calidad en la prestación del servicio.

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 3 de 73

- Cumplir con los requisitos y obligaciones exigidos por la normatividad vigente, mediante una revisión permanente de la legislación e implementación de las acciones que se requieran según lo que en esta se establezca, con el fin de que las actividades que se realicen en la institución se encuentren bajo los parámetros legales.
- Garantizar la prestación de los servicios sin generar contaminación en el medio ambiente, a través de la implementación de tecnologías limpias.

#### Objetivos del plan:

- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la Institución de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas.
- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.
- Suministrar a las directivas de la Institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que éstas actúen coordinadamente.

#### Objetivos del mantenimiento:

Garantizar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función

Satisfacer los requisitos del sistema de gestión de calidad de la institución.

Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente.

Maximizar el beneficio global y evitar riesgos laborales.

Prolongar la vida útil de los equipos.

Evitar resultados erróneos por desajuste de los equipos.


Proteger a los pacientes y al personal de riesgos de accidente.

Garantizar seguridad a los pacientes y al personal que administra y utiliza los recursos físicos del hospital.

Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9 artículo 153 de la ley 100/93

#### Metas



 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 4 de 73</b>

Cumplimiento de los cronogramas del plan de mantenimiento, por encima del 90%.

Realizar dos mantenimientos preventivos al año, con una periodicidad entre un mantenimiento y otro no mayor a seis meses.

Dar respuesta a los mantenimientos correctivos en un tiempo no mayor a un mes.

### **Alcance**

El presente plan es de aplicación en todas las áreas adyacentes, infraestructura, y dotación de todos los servicios asistenciales y administrativos de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí.

### **Organización**

En la E.S.E. Hospital La Misericordia se cuenta con una persona responsable del proceso de gestión del ambiente físico, quien se encarga conjuntamente con los responsables de las diferentes áreas y servicios de la elaboración del cronograma para la ejecución del plan y del seguimiento de las actividades de mantenimiento, el cual esta en cabeza del Subdirector Administrativo Y Financiero.

## **CAPÍTULOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO:**


### **1. CAPITULO 1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**

- 1.1 Edificios
- 1.2 Instalaciones físicas
- 1.3 Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas, redes hidrosanitarias.
- 1.4 Aéreas adyacentes a las edificaciones

### **2. CAPITULO 2. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN**

#### **2.1 Equipo industrial de uso hospitalario:**

- Plantas eléctricas
- Equipos de lavandería y cocina
- Autoclaves y equipos de esterilización
- Equipos de refrigeración
- Equipos de seguridad
- Otros equipos de apoyo hospitalario.

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 5 de 73

## 2.2 Equipo biomédico:

Son todos los aparatos o máquinas operacionales y funcionales, que reúna piezas eléctricas, electrónicas, mecánicas; desarrolladas para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

2.3 Muebles de uso administrativo.

2.4 Equipos de comunicaciones e informática.

2.5 Vehículos.

## Recurso humano que se emplea en el mantenimiento

- Las Empresas contratadas cuentan con el personal calificado para la realización del mantenimiento según área específica.
- Personas naturales contratadas y que demuestran idoneidad y experiencia para realizar mantenimiento según área específica.
- Se cuenta en la E.S.E. con un Operario de Servicios Generales capacitado para realizar labores de mantenimiento en la infraestructura y la dotación.


## Recursos físicos y tecnológicos

Las empresas contratadas cuentan con las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento a los equipos, los cuales son transportados hasta nuestra Institución.

La E.S.E. cuenta con un espacio adecuado para realizar este trabajo, y comprara materiales y repuestos que sean requeridos para el mantenimiento, de acuerdo a la necesidad.

## Recurso financiero

El presupuesto asignado para el mantenimiento de la vigencia 2022 es el siguiente: Mantenimiento – Partes, accesorios, herramientas \$ 36.720.000, Mantenimiento - Planta física \$ 66.800.000, Mantenimiento Repuesto vehículos \$ 38.550.000 y Mantenimiento \$ 8.000.000 para un total de \$ 149.392.814, correspondiente al 5% del presupuesto de ingresos aprobado para el presente año.

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<p><b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <p><b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</b></p>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 6 de 73</b>

**Anexo Nro. 1**  
**SNS 3000 – PMH**


**E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ**  
**DIRECCIÓN: CRA 18 NRO 23 – 24 CALLE LA VETA**  
**PLAN DE MANTENIMIENTO DE (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS BIOMEDICOS Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO)**

**Cronograma o Programación de Actividades a desarrollar en la vigencia 2022.**

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**


**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA:**

<b>Área o Servicio</b>	<b>Actividad</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Fechas</b>	<b>Responsable</b>
<b>HOSPITALIZACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario Servicios Generales.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias.</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, septiembre y diciembre	Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre	Operario Servicios Generales o contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 7 de 73

				o Contratista
URGENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario Servicios Generales.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, septiembre, diciembre	Operario Servicios Generales o Contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	Abril octubre	Operario Servicios Generales o Contratista
SALA DE PARTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio.	Operario Servicios Generales.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept,	Operario Servicios




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 8 de 73

	<ul style="list-style-type: none"> <li>de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	<p>diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Generales</p> <p>o</p> <p>contratista</p> <p>Operario</p> <p>Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>Contratista</p>
CONSULTORIO 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Servicios Generales
CONSULTORIO 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ Hacia nuevos amigos... con más mejor!</p> <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 9 de 73

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
LABORATORIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> <li>Revisión de techos.</li> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
ODONTOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)</p>

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<p><b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <p><b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</b></p>	<b>Código: PPEd-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 10 de 73</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de canoas</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales Operario Servicios Generales o contratista Operario Servicios Generales o Contratista</p>
LAVANDERIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y mnPintura.</li> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas e hidrosanitarias</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de canoas</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio.</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicio s públicos Yalí) Operario Servicios Generales Operario Servicios Generales o contratista Operario Servicios Generales o Contratista</p>
SERVICIO DE ALIMENTACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas e hidrosanitarias</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p>	<p>Junio.</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicio</p>



E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022

Código: PPED-F-04

Versión: 01

Fecha: 12/06/2013

Página 11 de 73

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas</li> </ul>	<p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>s públicos Yalí)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>contratista</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>Contratista</p>
CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> <li>Revisión de techos.</li> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio.</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales.</p> <p>Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>contratista</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>Contratista</p>
VACUNACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> <li>Mantenimiento sistemas de</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p>	<p>Junio.</p> <p>Marzo, junio, sept,</p>	<p>Operario Servicios Generales.</p> <p>Contratista (Su</p>





E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
2022


Código: PPED-F-04

Versión: 01

Fecha: 12/06/2013

Página 12 de 73


	<p>redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de canoas</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>comunicación/Servicios públicos Yalí)</p> <p>Operario Servicios Generales.</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista Operario Servicios Generales o Contratista</p>
FARMACIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de canoas</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)</p> <p>Operario Servicios Generales Operario Servicios Generales o contratista Operario Servicios Generales o Contratista</p>
ENFERMERA JEFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> </ul>	<p>Anual</p>	<p>Junio.</p>	<p>Operario Servicios</p>

 <p>E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 13 de 73

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> <li>Revisión de techos.</li> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Generales. Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)</p> <p>Operario Servicios Generales Operario Servicios Generales o contratista Operario Servicios Generales o Contratista</p>
ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas</li> <li>Revisión de techos.</li> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sep, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sep, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales Operario Servicios Generales o contratista Operario Servicios Generales o Contratista</p>
ARCHIVO HISTORICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	<p>Anual</p>	<p>Junio.</p>	<p>Operario Servicios</p>


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 14 de 73</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas.</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de caños</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Marzo, junio, sep, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sep, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Generales. Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
ARCHIVO CLINICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación y telefónica.</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de caños</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sep, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
AREAS ADMINISTRATIVAS (GERENCIA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept,</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista</p>


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 15 de 73

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación y telefónica.</li> <li>Revisión de techos.</li> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>(Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>contratista Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>Contratista</p>
<p>AREAS ADMINISTRATIVAS (ADMINISTRACION/ CONTABILIDAD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación y telefónica.</li> <li>Revisión de techos.</li> <li>Mantenimiento de canoas</li> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales.</p> <p>Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>contratista Operario Servicios Generales</p> <p>o</p> <p>Contratista</p>
<p>AREAS ADMINISTRATIVAS (ATENCION AL USUARIO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> <li>Mantenimiento</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo,</p>	<p>Operario Servicios Generales.</p> <p>Contratista</p>



 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<p><b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <p><b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</b></p>	<b>Código: PPEd-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 16 de 73</b>

	<p>sistemas de redes eléctricas, comunicación y telefónica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de canoas</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>(Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
AREAS ADMINISTRATIVAS (GESTION DOCUMENTAL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación y telefónica.</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento de canoas</li> </ul> <p>Mantenimiento de puertas y ventanas</p>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales Operario Servicios Generales o contratista Operario Servicios Generales o Contratista</p>
AREAS ADMINISTRATIVAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> </ul>	<p>Anual</p>	<p>Junio</p>	<p>Operario Servicios</p>

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 17 de 73

(FACTURACION)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación y telefónica.</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Generales. Contratista (Su comunicación)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento. de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	o contratista Operario Servicios Generales o Contratista
SALA CDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario Servicios Generales.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Contratista (Su comunicación)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento. de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Operario Servicios Generales o contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales o Contratista
AUDITORIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y</li> </ul>	Anual	Junio	Operario



E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
2022


Código: PPED-F-04

Versión: 01

Fecha: 12/06/2013

Página 18 de 73

	<p>Pintura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación.</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento. de canoas</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Servicios Generales. Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
GARAJE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento. de canoas</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sep, diciembre</p> <p>Abril octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista</p>
ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> </ul>	<p>Anual</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo,</p>	<p>Operario Servicios Generales.</p>

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 19 de 73

PELIGROSOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral A necesidad	junio, sept, diciembre	Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas</li> </ul>	Semestral	Abril octubre	o contratista Operario Servicios Generales o Contratista
BODEGA PLANTA ELECTRICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario Servicios Generales. Contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	(Su comunicación)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Operario Servicios Generales o contratista
CENTRAL DE OXIGENO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas</li> </ul>	Semestral	Abril Octubre	Operario Servicios Generales o Contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario Servicios Generales.





E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
2022


Código: PPED-F-04

Versión: 01


Fecha: 12/06/2013

Página 20 de 73


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento. de canoa</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas</li> </ul>	<p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril Octubre</p>	<p>Contratista (Su comunicación)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
CAFETERIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> <li>• Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> <li>• Revisión de techos.</li> <li>• Mantenimiento. de canoas</li> <li>• Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	<p>Anual</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p> <p>Trimestral</p> <p>Semestral</p>	<p>Junio</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p> <p>Marzo, junio, sept, diciembre</p> <p>Abril. Octubre</p>	<p>Operario Servicios Generales. Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)</p> <p>Operario Servicios Generales</p> <p>Operario Servicios Generales o contratista</p> <p>Operario Servicios Generales o Contratista</p>
PASILLOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resane y Pintura.</li> </ul>	<p>Anual</p>	<p>Junio</p>	<p>Operario Servicios Generales.</p>

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 21 de 73

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Operario Servicios Generales o contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales o Contratista
SALUD PUBLICA-P Y P (CRN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario Servicios Generales.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Contratista (Su comunicación/Servicios públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Operario Servicios Generales o contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPEd-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 22 de 73

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reforma a la estructura por humedad en la parte exterior e interior, reconstrucción de techos y paredes.</li> </ul>	A necesidad	A agosto	o Contratista Contratista
EXTERIORES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resane y Pintura.</li> </ul>	Anual	Junio	Operario Servicios Generales. Contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento sistemas de redes eléctricas, comunicación, telefónica e hidrosanitarias</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	(Su comunicación/Servicio s públicos Yalí)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de canoas</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sept, diciembre	Operario Servicios Generales
EXTERIORES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de puertas y ventanas.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	o contratista Operario Servicios Generales o Contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desbroce y arreglo de jardín, zonas verdes, Poda de cerca (guadañada)</li> </ul>	Bimestral	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre noviembre	Contratista
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de estacones y alambrado en cerca.</li> </ul>	Anual	Diciembre	Operario Servicios Generales

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 23 de 73


KIOSCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de techos.</li> </ul>	Semestral	Abril. Octubre	Operario Servicios Generales.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de caños</li> </ul>	Trimestral	Marzo, junio, sep, diciembre	Contratista
EDIFICACIÓN (Todas las áreas administrativas, asistenciales y alrededores- interiores y exteriores).	Fumigación	semestral	Mayo, Noviembre	Contratista

### MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN


#### EQUIPOS

Nombre Equipo Ubicación	Marca, Serie, Nro. inventario	Actividad	Periodicidad, fechas	Responsables
Camilla ginecológica tapizada blanca Consultorio 1	NA, NA, 1232	Mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Personal calificado de la Institución
Tensiómetro Aneroides de Pared 7670-01 Consultorio 1	Welch Allyn, NA;2042	Revisión de pena, brazaletes, columna de mercurio  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos)
Estuche de órganos Pared WA 777-71 Consultorio 1	Welch Allyn, NA;2043	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 24 de 73</b>


Fonendoscopio Adulto 5079135 Consultorio 1	Wellch Allyn,NA, NA	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Oxímetro de pulso tipo dedo ref A320 AE Consultorio 1	Aeon,NA;2052	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Monitor fetal Dopler básica Consultorio 1	Sonotrax,NA, 2032	Revisión tarjeta, transductor, taco, impresora, display y swiches <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) )  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Negatoscopio de un cuerpo Consultorio 1	NA, NA,0292	Limpieza, revisión de la fuente de alimentación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Balanza digital Consultorio 1	NA, NA, 2035	Limpieza y lubricación general  <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 25 de 73

Camilla ginecológica tapizada blanca Consultorio 2	NA, NA, 1275	Mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Personal calificado de la Institución
Balanza digital Consultorio 2	Healt o meter, NA,2205	Limpieza y lubricación general  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Tensiómetro Aneroide de Pared 7670-01 Consultorio 2	Welch Allyn,NA;2045	Revisión de pena, brazaletes, columna de mercurio  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Estuche de órganos de Pared WA 77710-71 Consultorio 2	Welch Allyn,NA;2046	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Negatoscopio de un cuerpo Consultorio 2	NA, NA,0382	Limpieza, revisión de la fuente de alimentación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Balanza digital Consultorio 3	Healt o meter, NA,2204	Limpieza y lubricación general  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 26 de 73

Camilla ginecológica tapizada blanca Consultorio 3	NA, NA, 0290	Mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Personal calificado de la Institución
Estuche de organos de Pared WA 77710-71 Consultorio 3	Welch Allyn, NA; 2048	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Pesa digital bebé Consultorio 3	Healt o meter, NA, 1357	Limpieza y lubricación general  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Tensiómetro de Pared 7670-01 Consultorio 3	Welch Allyn, NA; 0384	Revisión de pena, brazalete, columna de mercurio  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Bomba de infusión Estación de enfermería	Nipro, 1078396, 0917	Revisión de funcionamiento, limpieza interna, lubricación, verificación de infusión, volúmenes y velocidad infundida  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos,


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 27 de 73

				Bio-metro, Celsius etc)
Pesa bebe electrónica Estación de enfermería	SECA, NA,2160	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Termómetro infrarrojo Estación de enfermería	Znmed, NA, 2326			
Oxímetro de pulso Estación de enfermería	Oxywach, NA, 2316	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	C Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Regulador de oxígeno M1R0915 Estación enfermería	Imetan,NA,1745	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Regulador de oxígeno M1R0915 Estación enfermería	Imetan,NA,1746	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro,




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 28 de 73</b>


				Celsius etc)
Lámpara para fototerapia con mueble de madera Pediatría	NA, NA, 0652	Verificación cable de poder, limpieza	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Tensiómetro aneroide de Pared Estación de enfermería	Wansun, NA;2053	Revisión de pera, brazalete, columna de mercurio  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Autoclave Horizontal Esterilización	Eastern, 620T8306,0602	Verificación de presión y temperatura, chequeo de cable de poder, lubricación, limpieza interna, limpieza general externa  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Olla esterilizadora, Esterilización	All american, NA, 0899	Verificación de presión y temperatura, chequeo de cable de poder, lubricación, limpieza interna, limpieza general externa  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 29 de 73

Termo higrometro-Esterlización	NA, NA, 1667	Revisión de batería, verificación parámetros de temperatura en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Camillas Hospitalización/urgencias	621, 643, 2058	Pintura, mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Personal calificado de la Institución
Camas Hospitalización	Pediatría (1958). Medicina interna mujeres (0643,). Medicina interna hombres (1959) Aislados (2292). Ginecobstetricia (195 ,1954) (1955),	Pintura, mantenimiento en general	Anual - Octubre	Personal calificado de la Institución
Camas eléctricas hospitalización	Medicina interna mujeres (2289), Medicina interna hombres (2290), Habitación	Revisión de cables, revisión de corriente, revisión de auricular	Anual - Octubre	Contratista


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 30 de 73</b>

	aislados (2292)			
Lámpara cuello de cisne Hospitalización	NA, SN, 0614	Verificación cable de poder, limpieza	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Ecotone Ginec obstetricia	Dopplex, JAFG4-20111, 1452	Limpieza interna y externa, lubricación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Monitor fetal Ginec obstetricia	Cadence, 30751537, 0893	Revisión tarjeta, transductor, taco, impresora, display y swiches <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Laringoscopio Hospitalización	Welch Allyn, NA, 0996	Limpieza, lubricación, verificación del estado de la batería, valvas y bombillo	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Glucometer Hospitalización	Accu-chek, 965286, 2275	Revisión de batería y estado en general	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Bomba de infusión Urgencias	Nipro, 1078396, 1738	Revisión de funcionamiento, limpieza interna, lubricación, verificación de infusión, volúmenes y velocidad infundida <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 31 de 73

Tensiómetro pediátrico con 3 brazaletes Urgencias	Tycos, 905140128, NA	Revisión de manómetro, brazaletes, pera; limpieza general, CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Regulador de oxígeno Urgencias	NA, NA, 1603	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Pulsoxímetro Urgencias	Edan, 10712903,,1425	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Nebulizador pulmón aide devilbis Urgencias	Prestige medical,2099, 1454	Prueba de funcionamiento, chequeo de posibles fugas, limpieza interna y lubricación, limpieza general externa	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Tensiómetro columna de mercurio Urgencias	Tycos, NA, 0714	Revisión de pena, brazaletes, columna de mercurio	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 32 de 73</b>


		CALIBRACION	Anual- Noviembre	Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Nebulizador electrico Urgencias	Prestige medical,2099, 1360	Prueba de funcionamiento, chequeo de posibles fugas, limpieza interna y lubricación, limpieza general externa	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Electrocardiógrafo Urgencias	BURDICK, 03847, 0732	Verificación estado de batería, cable, ECG y tensión eléctrica, revisión de pinzas CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Equipo de órganos y sentidos Urgencias	Welch Allyn, SN, 0885	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Fotóforo eléctrico Urgencias	Welch Allyn, SN, 0751	Chequeo de bombillo, limpieza de filtro, verificación tensión eléctrica y conector eléctrico	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Glucometer Urgencias	Accu-chek, 103332, 2275	Revisión de batería y estado en general	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Aspirador Eléctrico Urgencias	THOMAS,	Limpieza de cabezote del	Semestral Mayo -	Contratista (Atlantic

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPE-D-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 33 de 73

	000270, 1984	compresor, limpieza de válvulas de admisión y escape CALIBRACION	Octubre  Anual- Noviembre	Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Termo higrómetro digital Urgencias	Humidity, NA, 2212	Revisión de batería, verificación parámetros de temperatura en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Cauterizador Urgencias	SKY, SN, 0752	Limpieza tarjeta electrónica, verificación sistema eléctrico y pedal	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Laringoscopio para adultos, Urgencias	Leibinger, SN, 0965	Limpieza, lubricación, verificación del estado de la batería, valvas y bombillo	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Regulador para oxígeno Urgencias	TRG;NA,1451	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Regulador para oxígeno Urgencias	NA;NA,1426	Verificación de fugas, revisión de	Semestral Mayo -	Contratista (Atlantic


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 34 de 73

		reloj, ajuste de accesorios <b>CALIBRACION</b>	Octubre  Anual- Noviembre	Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Regulador de oxigeno M1R0915 Urgencias	Imetan,NA,1745	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Sierra eléctrica Urgencias	M-PACT, 39675, 0760	Limpieza general, lubricación, verificación de la tensión eléctrica.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Desfibrilador Urgencias	SCHILLER, 058990040751, 1393	Revisión de cables de electrodos, prueba de funcionamiento y limpieza de plaquetas, y limpieza externa <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Lámpara eléctrica cuello de cisne Urgencias	NA, NA, 0910	Verificación cable de poder, limpieza	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Monitor de signos vitales, Urgencias	Mindray-mec, 81102971, 1063	Ajuste de conector, limpieza interna, revisión de sensores, brazaletes, batería	Semestral Mayo - Octubre  Anual-	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ Una mano amiga... una vida mejor!</p> <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 35 de 73

		CALIBRACION	Noviembre	Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Pulsoxímetro Urgencias	Edan, 10712903,1423	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Electrocardiógrafo Urgencias	Cardioline, NA, 2559	Verificación estado de batería, cable, ECG y tensión eléctrica, revisión de pinzas CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Aspirador 1130 Sala de partos	Thomas,000027 0, 0591	Limpieza de cabezote del compresor, limpieza de válvulas de admisión y escape  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Lámpara de una luz Hospitalización	Avisco, NA, 0697	Verificación cable de poder, limpieza	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Laringoscopio Sala de partos	Welch Allyn, NA/0971	Limpieza, lubricación, Limpieza, lubricación, verificación del estado de la batería, valvas y bombillo	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 36 de 73


		verificación del estado de la batería, valvas y bombillo		
Lámpara cielitica de 5 luces, Sala de partos	Eastern, 0357, 0681	Revisión sistema eléctrico, bombillo, herrajes, movimiento, limpieza y lubricación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Lámpara cielitica de 8 luces, Sala de partos	Eastern, 0357, 0682	Revisión sistema eléctrico, bombillo, herrajes, movimiento, limpieza y lubricación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Lámpara de calor cuello de cisne Sala de partos	NA; NA, 0680	Revisión sistema eléctrico, bombillo, herrajes, movimiento, limpieza y lubricación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Pesa bebé Sala de partos	Detecto, NA,0692	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Regulador para Oxigeno Sala de partos	NA,NA, 1410	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Mesa obstétrica Sala de partos	Elospina, 549, 0684	Lubricación sistema mecánico, limpieza general	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Mesa obstétrica	Icam, 00628,	Lubricación sistema	Semestral	Contratista

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 37 de 73

Sala de partos	0685	mecánico, limpieza general	Mayo - Octubre	(Atlantic Medical- AM7 etc.)
Lámpara cuello de cisne cromada Sala de partos	NA, NA, 0728	Verificación cable de poder, limpieza	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Selexon Meter laboratorio	Infopia, Na, 2173	Limpieza, lubricación, mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Termo higrómetro Laboratorio (Observación)	Bioelectrónica, NA, 2131	Revisión de batería, verificación parámetros de temperatura en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Horno termocultivo Acero Inoxidable Laboratorio	Indulab, NA, 2174	Limpieza, lubricación, mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Analizador Muticare-Comodato	Biosensor, NA, 2175	Limpieza, lubricación, mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Biosystems
Microscopio Laboratorio	Olympus, NA, 2119	Limpieza, lubricación, mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Contador de células Laboratorio	NA, NA, 2060	Limpieza, lubricación, mantenimiento en	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPEd-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 38 de 73

		general		etc.)
Equipo de química Laboratorio	BTS 350, 80175572, 1411	Limpieza general, limpieza del sistema de aspiración, test de intensidad luminosa, ajuste de bomba peristáltica.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista Biosystems
Analizador de Hematología Laboratorio	Abacus Junior Basic, 140367, 1085	Limpieza general del equipo, limpieza de cámara y estación de lavado, limpieza de sistema fluidito.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista Biosystems
Centrifuga para 12 tubos Laboratorio	INDULAB, 13721, 1618	Limpieza general del equipo, limpieza de cámara y estación de lavado, limpieza de sistema fluidito.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Horno eléctrico Laboratorio	Menmeert, 111011, 0342	Verificación de temperatura, revisión sistema eléctrico y electrónico, verificación de voltajes y lubricación de guaya de ventilación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Lámpara lectura RH Laboratorio	Indulab, NA, 0343	Verificación cable de poder, limpieza	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Agitador de Mazzine Laboratorio	RotoMix, 2021558, 0334	Desplece, limpieza y lubricación, revisión de motor, rodamientos y banda transportadora, revisión cable, swiches, perillas y RPM. Verificación de parámetros (velocidad)	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Baño María	Memmert, SN,	Revisión de	Semestral	Contratista

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 39 de 73

Laboratorio	0336	resistencia, swiche de encendido, termostato, cable ac, validación de datos en varios rangos de temperatura	Mayo - Octubre	(Atlantic Medical- AM7 etc.)
Lector tirillas de orina (Comodato) Laboratorio	Pocket-che, NA, 2322	Revisión de resistencia, swiche de encendido, termostato, cable ac, validación de datos en varios rangos de temperatura	Semestral Mayo - Octubre	Contratista Biosystems
Termómetro Laboratorio	Measurement, NA, 2132	Revisión de batería, verificación parámetros de temperatura en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Pipeta automática de 5 a 50 lambdas Laboratorio	Human, NA, 1587	Limpieza parte externa, Revisión de pistón y cilindro, revisión de Pin calibrador, revisión sistema mecánico interno, engrasada de embolo, lubricación CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Pipeta automática de 100 a 1000 lambdas Laboratorio	BRAND, 1F14104, 2265	Limpieza parte externa, Revisión de pistón y cilindro, revisión de Pin calibrador, revisión sistema mecánico interno, engrasada	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos,



 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 40 de 73

		de embolo, lubricación <b>CALIBRACION</b>	Anual- Noviembre	Bio-metro, Celsius etc)
Pipeta automática de 5 a 50 lambdas Laboratorio	BRAND, NA,1497	Limpieza parte externa, Revisión de pistón y cilindro, revisión de Pin calibrador, revisión sistema mecánico interno, engrasada de embolo, lubricación <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Termohigómetro Odontología	Bioteletrónica, NA, 2130	Revisión de batería, verificación parámetros de temperatura en diferentes ambientes <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Cavitron Odontología	Astro, 2600914, 1837	Prueba de funcionamiento inicial, limpieza interna y externa, lubricación	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Compresor eléctrico Odontología	Thomas, NA, 2041	Revisión de válvulas, swiche, motor, drenaje y lubricación de equipo,	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Amalgamador digital Odontología	Sohly, 1362	Revisión cable, seiche, lubricación sistema mecánico	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Lámpara para fotocurado Odontología	OPTILUZ, 5811675, 1617	Revisión sistema eléctrico, fibra óptica	Semestral Mayo -	Contratista (Atlantic



E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
2022


Código: PPED-F-04

Versión: 01


Fecha: 12/06/2013

Página 41 de 73

		y ventilador, revisión de intensidad lumínica Verificación de parámetros (Radiómetro)	Octubre	Medical- AM7 etc.)
Equipo de Rayos X de pedestal Odontología	Elity, NA, 2038	Revisión sistema eléctrico, timer, cabezote, cable, swiches, tensión de brazo	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Unidad odontológica eléctrica Odontología	Audencol, SN, 1668	Lubricación de pedales, lubricación piezas de mano, limpieza de filtros, revisión de unidades	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Micromotor Odontología	NSK EX 203, A322178, NA	Lubricación, realización de pruebas	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Contrangulo Odontología	NSK, EN595586 NA.	Ajuste de tornillos, limpieza y lubricación de rodamientos	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Contrangulo Odontología	NSK, E7900924 NA.	Ajuste de tornillos, limpieza y lubricación de rodamientos	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Regulador Pipeta de oxígeno Ambulancia OKA 476	NA,NA, 1461	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios. CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Camilla Ambulancia OKA 476	NA,NA,0152	Mantenimiento en general	Semestral Mayo -	Personal calificado de la


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 42 de 73

			Octubre	Institución
Planta eléctrica OKL 189	Power, NA, 1171	Revisión fuentes de poder	A necesidad	Contratista
Aspirador eléctrico Ambulancia OKL 189	Doctors, 7E-D, 1169	Limpieza de cabezote del compresor, limpieza de válvulas de admisión y escape, revisión mangueras	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Flujómetro sencillo Ambulancia OKL 189	OHIO, NA, 1714	Revisión de funcionamiento, chequeo de posibles fugas, limpieza interna y externa Verificación de parámetros (flujo) CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Fonendoscopio para adultos Ambulancia OKL 189	Lord, SN, 1422	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Manómetros para oxígeno (2) Ambulancia OKL 189	NA, NA, 1715, 1419	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios Verificación de parámetros (Presión) CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Nebulizador eléctrico	Restige,	Prueba de	Semestral	Contratista


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 43 de 73

Ambulancia OKL 189	303368, 1175	funcionamiento, chequeo de posibles fugas, limpieza interna y lubricación, limpieza general externa.	Mayo - Octubre	(Atlantic Medical- AM7 etc.)
Camilla Ambulancia OKL 189	NA,NA,1174	Mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Personal calificado de la Institución
Tensiómetro para adultos Ambulancia OKL 189	Lord, SN, 1418	Revisión de manómetro, brazaletes, pera; limpieza general CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Lámpara luz fría procedimientos Ambulancia OKL 189	NA, SN, 1170	Verificación cable de poder, limpieza, revisión bombillo.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Termómetro digital, Ambulancia OKL189	NA, NA, 2320	Revisión de batería, verificación parámetros de humedad en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Cilindros de oxígeno OKL 189	NA, NA, 2416	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual-	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 44 de 73


			Noviembre	Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Cilindros de oxigeno OKL 189	NA; NA 2305, 2309			Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)
Cilindros para oxigeno pequeños portátiles OKL 189	2303, 2304, 2417, 2418	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Monitor signos vitales, Ambulancia ODT 801	Commen, NA, 2266	Ajuste de conector, limpieza interna, revisión de sensores, brazalete, batería CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical- AM7 etc.)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Tensiómetro adulto, Ambulancia ODT 801	ALP, NA, 2268	Revisión de manómetro, brazalete, pera; limpieza general CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Tensiómetro pediátrico, Ambulancia ODT 801		Revisión de manómetro,	Semestral Mayo -	Contratista (Atlantic

 <p>E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 45 de 73

	ALP, NA, 2269	brazalete, pera; limpieza general CALIBRACION	Octubre  Anual- Noviembre	Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Fonendoscopio Adulto, Ambulancia ODT 801	ALP, NA, 2267	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Fonendoscopio Pediátrico, Ambulancia ODT 801	ALP, NA, 2270	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Aspirador de secreción ODT 801	Thomas, NA, 2271	Limpieza de cabezote del compresor, limpieza de válvulas de admisión y escape, revisión mangueras	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Cilindros de oxígeno (3) ODT 801	NA, NA, 2261- 2262-2302	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos)
Camilla Ambulancia ODT 801	NA,NA,2509	Mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Personal calificado de la Institución
Termómetro digital, Ambulancia ODT 801	NA, NA, 2318	Revisión de batería, verificación parámetros de humedad en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos)


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 46 de 73</b>

Manómetros para oxígeno Ambulancia ODT 801	NA, NA, 2274	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios Verificación de parámetros (Presión) <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Flujometro para oxígeno Ambulancia ODT 801	NA, NA, 2272	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios Verificación de parámetros (Presión) <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos)
Regulador oxígeno ODT 801	NA, NA, 2273	Verificación de fugas, revisión de reloj, ajuste de accesorios Verificación de parámetros (Presión) <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
1226Balanza digital APS	Detectim, NA, 1562	Limpieza y lubricación general, <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Pesa adultos tipo baño APS	Health o meter, NA, 1375	Limpieza y lubricación general <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro,


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 47 de 73

				Celsius etc)
Pesa adultos tipo baño APS	Healt o meter, NA,1374	Limpieza y lubricación general CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Gramera Servicio de alimentación	Awz,NA,1543	Limpieza y lubricación general, CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Filtro para agua	Ozonized, NA, 1846	Limpieza y cambio de filtros	Anual -Marzo	Contratista
Termómetro para máximas y mínimas, Servicio de alimentación	NA,NA,1877	Revisión de batería, verificación parámetros de temperatura en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Implementos Servicio alimentario	Horno micro ondas (2093, 2094) Licuadora (1845) Fogón (2362)	Mantenimiento general	Anual- agosto	Técnico especializado
Tensiómetro Aneroide de pared Consulta externa	Wansun,NA, 2050	Revisión y ajuste de accesorios brazalete, pera, verificación de nivel CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical) Contratista (Hospimedicos,




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 48 de 73</b>


				Bio-metro, Celsius etc)
Fonendoscopio-2 adulto japo Consulta externa	NA,NA,1555	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Bascula digital de piso electrónica (Consulta externa)	Healt o Meter,NA,2084	Limpieza y lubricación general, <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Oximetro de pulso tipo dedo REF A 320 AE Consulta externa	Aeon,NA;2047	Revisión de fuente de alimentación, contactos, otoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista
Estuche de órganos de pared WA 77710-71 Consulta externa	Welch Allyn, NA, 2051	Revisión de fuente de alimentación, contactos, ostoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Pesa bebe, Digital Helath o Meter Consulta externa	Helath o Meter;NA, 1373	Limpieza y lubricación general, <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 49 de 73

Pesa adulta con tallímetro Salud Publica-P Y P	Detecto, NA, 0507	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Pesa adultos con tallímetro Salud Publica- P Y P	Detecto, NA, 0259	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Termómetro digital infrarrojo Salud Publica- Salud Publica- P Y P	NA, NA, 2386			
Fonendoscopio-2 adulto Salud Publica- P Y P	NA,NA,1554	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Tensiómetro adulto Salud Publica- P Y P	ALPK2, NA, 1557	Revisión y ajuste de accesorios brazaletes, pera, verificación de nivel CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Tensiómetro adulto Salud Publica- P Y P	ALPK2, NA, 1556	Revisión y ajuste de accesorios brazaletes, pera, verificación de nivel CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	(Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro,


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPEd-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 50 de 73</b>

				Celsius etc)
Tensiómetro adulto Salud Publica- P Y P	ALPK2, NA, 1559	Revisión y ajuste de accesorios brazaletes, peras, verificación de nivel <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Fonendoscopio-2 adulto Salud Publica- P Y P	NA,NA,2512	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
1514Tensiómetro adulto Salud Publica- P Y P	ALPK2, NA, 2516	Revisión y ajuste de accesorios brazaletes, peras, verificación de nivel <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Fonendoscopio-2 adulto japo APS	NA,NA,1551	Limpieza y sondeo de auricular, lavado de accesorios.	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
Pesa bebe colgante Salud Publica-P Y P	SECA, NA,2159	Limpieza y lubricación general,  <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 51 de 73

Bascula de piso 803 Salud Publica-P Y P	SECA, NA,2161	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Camilla de Ginecología Portátil Salud Publica – P y P	NA, NA, 2056	Mantenimiento en general	Semestral Mayo - Octubre	Personal calificado de la Institución
Balanza giratoria Almacenamiento central	Condor, NA, 0844	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Balanza digital Almacenamiento central	Condor, NA, 2301	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACIÓN	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Lavadora Lavandería	LG; NA,2144	Mantenimiento general	Anual- agosto	Técnico especializado
Refrigeración (Neveras)	Servicio alimentario (2143) Urgencias (0704) Farmacia Laboratorio (0850) Vacunación	Mantenimiento general	Anual-Agosto	Técnico especializado




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 52 de 73</b>


Refrigerador horizontal Vacunación	Vesfrost, NA,2122	Mantenimiento general	Semestral- Abril,octubre	Contratista Interhospitalari a
Termohigrómetro digital, Vacunación	NA, NA, 1826	Revisión de batería, verificación parámetros de humedad en diferentes ambientes CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre  Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Equipos de seguridad extintores	1008, 0174, - 2332 ( OKA 476)2364-2365 (OKL 189), 2337-2101 (ODT 801)	Recarga de extintores y mantenimiento en general	Anual Mayo	Contratista (Extintores Mileniun)
Vehículos (Ambulancia OKL189	Alineación, cambio de aceites, filtros, revisión frenos, cambio de llantas, revisión mecánica general	Trimestral y a necesidad	Enero, Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Almacén Redisel Somos Llantas
Vehículos (Ambulancia OKA 476)	Alineación, cambio de aceites, filtros, revisión frenos, revisión mecánica general	Trimestral y a necesidad	Enero, Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Almacén Redisel Somos Llantas
Vehículos (Ambulancia ODT 801)	Alineación, cambio de aceites, filtros, revisión frenos, revisión mecánica general	Trimestral y a necesidad	Enero, Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Almacén Redisel Somos Llantas
Motocicleta BFS27A	cambio de	Trimestral	Enero, Marzo,	Servimotos

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 53 de 73

	aceites, filtros, revisión frenos, revisión mecánica general		Junio, Septiembre, Diciembre	
Equipo de cómputo todo en 1 Administración	Lenovo, NA,2177	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Pro 400 Administración	HP, NA,2092	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Teléfono inalámbrico Administración	Alcatel, NA, 2411	Mantenimiento en general limpieza teclas y auriculares	Semestral Julio, diciembre	Contratista (Sucomunicación)
Proyector Video beam Administración	Dell, NA,1050	Mantenimiento en general limpieza ventiladores y board	Anual-Julio	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo Admisiones	Janus, NA,1519	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Pro 400 Admisiones	HP, NA,1813	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Teléfono	Panasonic,	Mantenimiento en	Semestral	Contratista


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 54 de 73

Admisiones	NA,1831	general limpieza teclas y auriculares	Julio, diciembre	(Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Contabilidad	HP, NA,1820	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Atención al usuario 1	HP, NA,1582	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo Atención al usuario 2	HP, NA,1817	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser JET Atención al usuario 2	HP, NA,2030	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Escáner Atención al usuario 2	HP;NA;1750	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de escaneo	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Salud Publica- P y P	Lg, NA, 2089	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ Una nueva imagen... una vida mejor</p> <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>  <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> 2022	Código: PPEd-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 55 de 73

Impresora Láser JET Salud Publica- P y P	EPSON, NA,1755	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral- abril, septiembre	Contratista (Sucomunicacio n)
Impresora Multifuncional Consulta externa	EPSON , NA,1615	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral- abril, septiembre	Contratista (Sucomunicacio n)
Equipo de cómputo Consultorio 1	Janus, NA,2005	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral- abril, septiembre	Contratista (Sucomunicacio n)
Impresora Láser Consultorio 1	HP, NA,2054	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral- abril, septiembre	Contratista (Sucomunicacio n)
Oxímetro de pulso tipo dedo Ref A 320 AE Consulta externa	Aeon,NA, 2052	Revisión de fuente de alimentación, contactos, ostoscopio, oftalmoscopio, swiches, baterías	Semestral Mayo - Octubre	Contratista (Atlantic Medical)
<u>Balanza Digital 800 KL</u> Consultorio 1	Health o Meter, NA,2035	Limpieza y lubricación general,  CALIBRACION	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 56 de 73


Equipo de cómputo Consultorio 2	Janus, NA,1521	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Consultorio 2	HP, NA,2055	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Mensual-Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Consultorio 3	HP, NA,2152	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Balanza Digital 800 KL Consultorio 3	Health o Meter, NA, 2204	Limpieza y lubricación general, <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Pesa digital bebe Salud Publica-P Y P	Health o Meter, NA, 1357	Limpieza y lubricación general, <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical)  Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Equipo de cómputo Enfermera jefe	LG, NA,2089	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 57 de 73

Equipo de cómputo Enfermera jefe	Janus, NA,2026	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Eléctrica Enfermera jefe	EPSON, NA 1755	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo Estación Enfermería	Compumax NA,2472	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Tensiómetro adulto APS Urgencias	ALPK2, NA, 1558	Revisión y ajuste de accesorios brazalete, pera, verificación de nivel <b>CALIBRACIÓN</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical) Contratista (Hospimedicos, Bio-metro, Celsius etc)
Termohigómetro Urgencias	Allan france, NA, 2263	Revisión de batería, verificación parámetros de temperatura en diferentes ambientes <b>CALIBRACION</b>	Semestral Mayo - Octubre Anual- Noviembre	Contratista (Atlantic Medical) Contratista (Hospimedicos)
Impresora Láser Urgencias	HP, NA,2019	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)


 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 58 de 73</b>

		impresiones.		
Teléfono fax Urgencias	Panasonic, NA,0117	Mantenimiento en general limpieza teclas y auriculares	Semestral Julio, diciembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Urgencias	HP, NA, 2293	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Facturación 1	HP, NA,1814	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Facturación 1	EPSON, NA,2151	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Facturación 2	Lenovo, NA,2179	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse .	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 2Facturación	HP, NA, 2277	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Facturación 3	HP, NA,2178	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse .	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)


 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 59 de 73

Equipo de cómputo todo en 1 Farmacia 1	HP, NA,1823	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse .	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Farmacia 1	HP, NA,2153	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Eléctrica Farmacia 2	EPSON, NA,1485	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Gestión documental	HP, NA,2123	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Gestión documental	EPSON, NA,2150	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Gerencia	HP, NA,1751	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo Servidor Gerencia	HP, NA,1749	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)




 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 60 de 73</b>


Equipo de cómputo laboratorio	Hp, NA,1000	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo Odontología 1	QBEX, NA,1473	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo todo en 1 Odontología 2	Lenovo, NA,2185	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Impresora Láser Odontología	EPSON, NA,2149	Mantenimiento en general limpieza interna y externa, pruebas de impresión y lectura de impresiones.	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo Odontología	JANUS, NA,2021	Mantenimiento general al hardware, Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo portátil Sala Aprendizaje en familia	HP, NA,1597	Mantenimiento general al hardware, limpieza al monitor, teclado, mouse	Semestral-abril, septiembre	Contratista (Sucomunicación)
Equipo de cómputo Vacunación	Janus, NA,1828	Mantenimiento general al hardware,	Semestral-abril,	Contratista (Sucomunicación)

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<p><b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <p><b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</b></p>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 61 de 73</b>

		Limpieza al monitor, CPU, teclado, mouse	septiembre	n)
Proyector Video beam Auditorio	EPSON, NA,2063	Mantenimiento en general limpieza ventiladores y board	Anual-Julio	Contratista (Sucomunicación)
Muebles de uso administrativo (Archivadores, Vitrinas)	Administración (2209) Admisiones (1046) Archivo central (0040, Contabilidad (0130,0251) Atención al usuario (0041) CRN (1879, ,1891) Enfermería (0586, 0389 0190). ,0392) Urgencias 0970) Farmacia 0230, Gestión documental (0014,0191,0192) Gerencia (1013) Facturación (0131) Odontología (0828) Residuos hospitalarios 0848)	Pintura, embarnizada	Anual-Julio	Personal de servicios generales

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 62 de 73</b>

	(Facturación-0131) Vacunación (1873)			
Muebles de uso administrativo (escritorios)	Administración (2098), Admisiones (2103), Contabilidad (0320), Atención al usuario (2102 - 2408), Consulta externa (2284), Consultorio 1 (2291), Consultorio 2 (2410), Consultorio 3 (2281), Urgencias – Observación (2104), Urgencias sala de atención inmediata (0763), Urgencias facturación (1405), Facturación (2286-2288-2289), Farmacia (2105), Bodega de farmacia (2280), Gestión documental (1499 – 2415), Gerencia (2097), Laboratorio (2285),	Pintura, embarnizada, tapizada	Anual-Julio	Personal de servicios generales

 <b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 63 de 73</b>

	Odontología (2100 – 2407), Vacunación (2114),			
Muebles de uso asistencial (Carros y mesas para medicamentos, historias clínicas, curaciones)	CRN Consultorio 2 (0381) Consultorio 3 (0505) Vacunación (0506) Enfermería (2082,0916) Urgencias (0755,0756,0757,1977, Farmacia (0258, Laboratorio (0356)			
Tanque de almacenamiento de agua	Lavado y desinfección	Cada 2 meses	Febrero abril, junio, agosto, octubre, dic	Operario Servicios Generales
Torre de almacenamiento de agua (estructura)	Pintura	Anual	Julio	Contratista

**ANEXO 2  
SNS 3000-VMH**


**INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DEL  
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA  
YALÍ - ANTIOQUIA**

**1. Organización**

Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento hospitalario

a) Sí   X   (si la respuesta es afirmativa escriba el nombre y de quién depende orgánicamente) **Depende de la Subdirección Administrativa, cuenta con un**



 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>Código: PPED-F-04</p>
	<p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</p>	<p>Versión: 01</p>
	<p>2022</p>	<p>Fecha: 12/06/2013</p>
		<p>Página 64 de 73</p>

**empleado supernumerario para el mantenimiento básico de la infraestructura.**

**2. Plan de mantenimiento**

2.1. Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura (¿el plan está escrito?, hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades?, ¿se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular?, etc.) **Hay un plan de mantenimiento y se programan actividades mensuales, bimestrales, semestrales o anuales para los encargados, de acuerdo a formato establecido por el subdirector Administrativo de la E.S.E.**

2.2. Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la dotación (¿el plan está escrito?, hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades?, ¿se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular?, etc.) **Si está escrito y se cuenta con un contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de la dotación médica, también la Metrología, el mantenimiento del Software y de las redes telefónicas y del hardware de la institución.**


**3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento**

3.3. Número de auxiliares (escriba el número y la especialidad de cada uno) **Se cuenta con un empleado supernumerario para mantenimiento de infraestructura física.**

**4. Recurso financiero**

4.1 Indique como asignan y distribuyen los recursos para mantenimiento hospitalario: **De acuerdo al presupuesto institucional aplicando el decreto 1769 en el cual se asigna el 5% del total del presupuesto.**

4.2 Recursos previstos para mantenimiento hospitalario durante el presente año: **\$ 149.392.814 – Ciento cuarenta y nueve millones trescientos noventa y dos mil ochocientos catorce pesos M/L (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular).**

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 65 de 73

4.3 Los recursos de mantenimiento previstos equivalen al 5% del presupuesto total (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular).

4.4 Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la dotación \$ **82.592.814** (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular).

4.5 Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la infraestructura \$ **66.800.000** (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en la presente circular)


## 5. Gestión del servicio de mantenimiento

5.1 Con el recurso humano propio disponible, cuáles son las dependencias que reciben mantenimiento (Describa las dependencias como, por ejemplo: calderas, lavandería, imagenología, etc.) Toda la infraestructura física y zonas adyacentes.

5.2 Describa quién y cómo se realizan las auditorías de los contratos de mantenimiento que celebra la institución con empresas (describa el tipo de auditoría o revisión de contratos, verificación del cumplimiento de los mismos, etc.) Los contratos son revisados por el Asesor Jurídico y la ejecución y cumplimiento de los mismos está a cargo del Subdirector Administrativo. De lo actuado sobre cada equipo se lleva registro y se conserva en las hojas de vida de cada equipo.

5.3 Describa si tienen informes de accidentes ocurridos con equipos? (que hacen cuando sucede un accidente) Cuando ocurre un accidente con equipos el funcionario que detecta el problema diligencia el formato de daño y lo remite al Jefe del área quien verifica dicha información, da el visto bueno y lo remite al Jefe de Mantenimiento quien se encarga de realizar los correctivos.

5.4 Tienen registros de actividades del servicio de mantenimiento de la institución? (describa si registran el costo y los cambios de repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados por caja menor, número de horas empleadas en reparaciones, etc.)

 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPEd-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 66 de 73

**Se registran los costos, se verifican los cambios de repuestos y se actualiza en la hoja de vida de cada equipo. Cuando es por contrato el contratista envía el informe de lo realizado para anexarlo a la hoja de vida.**

5.5 Llevan hoja de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos, verifique la existencia y el diligenciamiento de la hoja de vida de estos y describa si está actualizada, tiene la descripción del equipo, el número de inventario, la ubicación física, el área o servicio responsable, el nombre del responsable del servicio técnico del equipo, el número y fecha del contrato de mantenimiento y la modalidad de mantenimiento que recibe (p. ej. Solo correctivo, correctivo y preventivo, periódico, por llamado, etc.?)

**Se tienen hojas de vida para cada uno de los equipos, con una adecuada actualización y las recomendaciones por parte de los expertos.**

5.6 El servicio de mantenimiento presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las actividades que realiza)

**No, el contratista es especialista en el tema y está encargado de dar este tipo de apoyo.**

5.7 ¿Conoce el Decreto 1769 de 1994, sobre mantenimiento hospitalario? **Si**

5.8. ¿Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación? (describa el nombre del curso, el número de asistentes, si estos todavía laboran en la institución y el lugar o empresa que lo dictó) **No, estamos pendientes actualizar los competencias de los colaboradores .**

**6. Inventarios** (Verifique la existencia de inventarios. Este ítem debe cubrir las descripciones expuestas en el anexo 1 de la presente circular)


6.1 Planos de las redes? Sí x No \_\_\_\_\_ Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.) **Completo.**

6.2 Equipos biomédicos? Sí x No \_\_\_\_\_ Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.) **Completo.**

6.3 Equipos industriales de uso hospitalario? Sí x No \_\_\_\_\_ Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.) **Completo.**

6.4 Planos de las áreas físicas? Sí x No \_\_\_\_\_ Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.) **Completo.**



 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 67 de 73

6.5 Equipos de comunicaciones e informática? Sí  No  Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.) **Completo.**

6.6 Muebles de uso asistencial y administrativo? Sí  No  Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.) **Completo.**

6.7 Otros equipos y elementos no contemplados en los Items Sí  No  Describa (Verifique al azar la inclusión de algún equipo en el inventario) **Planta eléctrica, planta telefónica.**

## 7. Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento

7.1 ¿Tiene talleres para mantenimiento, Sí  No  Describa? (como es el local, se puede considerar adecuado, espacioso, cuenta con muebles para el efecto, etc.)

7.2 ¿Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del mantenimiento, archivo y almacén de repuestos, Sí  No  Describa? (Cómo se almacena, existe tarjetero o Kardex, está distribuido por secciones, hay organización, tiene inventario de repuestos, etc.) **Tiene una oficina administrativa dotada de computador, archivador, escritorio.**

## 8. Dotación del servicio de mantenimiento


8.1 Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? ¿Sí  No  Describa? (Como son los muebles, se pueden considerar adecuados, son suficientes, etc.)

8.2 Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? ¿Sí  No  Describa? (Se pueden considerar adecuadas, son suficientes, etc.) **Son suficientes y adecuadas.**

8.3 Dispone de manuales técnicos de los equipos? (Verifique la existencia de por lo menos los manuales de los equipos de Rayos X y de los equipos de mantenimiento de la vida, si no existen describa el porqué o donde se encuentran) **Algunos equipos cuentan con manuales técnicos anexos a la hoja de vida.**

## 9. Verificación del Mantenimiento de la Dotación




 <b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 68 de 73</b>


**SNS 3000-PMH**  
**VERIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN Y DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA**

**PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALÍ – ANTIOQUIA**

<b>9.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
<b>9.1.1. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO</b>			
Electrocardiógrafos		X	1
Monitor de Signos Vitales		X	1
Tensiómetros		X	1
Estetoscopios		X	1
Equipos de Órganos		X	1
Ecotones		X	1
<b>9.1.2. EQUIPO DE TRATAMIENTO Y SOSTENIMIENTO VITAL</b>			
Bomba de Infusión		X	1
Aspiradores		X	1
Desfibrilador		X	1
Monitor de Signos Vitales		X	1
<b>9.1.3. EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN</b>			
Sillas de Ruedas		X	1
Nebulizadores		X	1
Generadores de Oxígeno		X	1
<b>9.1.4. EQUIPOS PARA PREVENCIÓN</b>			
Unidad Odontológica		X	1
Amalgamador		X	1
<b>9.1.5. EQUIPOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO</b>			
Microscopio		X	1
Centrífuga		X	1
Microcentrífuga		X	1
Pipetas		X	1
Estufa de Cultivos		X	1
Analizador de Química		X	1
Analizador Hematológico		X	1

 <b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 69 de 73</b>

Contador de Células		X	1
<b>9.2. MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
<b>9.2.1. VEHÍCULOS</b>			
Ambulancia OKL 189	X	X	1
Ambulancia OKA 476	X	X	1
Ambulancia ODT 801	X	X	1
Motocicleta BFS - 27 <sup>a</sup>	X	X	1
<b>9.2.2. EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN</b>			
Autoclaves		X	1
Ollas Esterilizadoras		X	1
<b>9.2.3. EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE</b>			
Neveras		X	1
Aires acondicionados	X	X	1
Ventiladores	X	X	1
<b>9.2.4. PLANTA ELÉCTRICA</b>			
Planta Eléctrica	X	X	1
<b>9.2.5. EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>			
Extintores		X	1
<b>9.3. MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL HOSPITALARIO</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
Escritorios (16 administrativos y 9 asistenciales)	x	X	2
Sillas (sillas 7 administrativas, 84 asistenciales)	x	X	2
Camas (17)	X	x	2
Camillas (22)	X	x	2
<b>9.4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
Equipos de Cómputo		X	1
Impresoras		X	1
Fax		X	1
Servidor		X	1
Conmutador		X	1
Software		X	1
<b>9.5. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ	X	X	1

 <b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b>	<b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b> <b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</b> <b>2022</b>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 70 de 73</b>

<b>9.6. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICAS</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ	X	X	1
<b>9.7. MANTENIMIENTO DE REDES</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
Redes Eléctricas		X	1
Redes Telefónicas		X	1
<b>9.8. MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADYACENTES</b>	<b>PR</b>	<b>CCO</b>	<b>EST</b>
Jardines	X	X	2
Entradas	X	X	1

### Convenciones para el Diligenciamiento

En las casillas **PR** y **CCO** se marcará con una X según corresponda el caso. En la casilla **EST** se marcará con 1, 2,3, según el inspector considere.

Las filas que se encuentran debajo de la descripción (por ejemplo, equipo de imagenología y diagnóstico, equipo de laboratorio etc.) se deben llenar con los nombre de los equipos que conformen el servicio y que se consideren más relevantes


**PR** Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal propio de la institución.

**CCO** Se marca la casilla cuando el mantenimiento lo realiza personal externo a la institución, contratado especialmente para esa labor.

**EST** Se escribe en la casilla la valoración subjetiva correspondiente al estado en que se encuentra la dependencia. La escala de valoración es la siguiente:

0-25%	Bueno	1
26-50%	Regular	2
51-75%	Malo	3
76-100%	Ruina	4



 <p>E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPED-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 71 de 73

### ANEXO 3


#### Infraestructura

- **Edificios:** Se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen las puertas, ventanas, baños, entre otros.
- **Instalaciones físicas:** Son conformados por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por ejemplo garitas de vigilancia, garajes, para automotores, cuartos donde se alojan las plantas eléctricas, los sistemas de suministro de gases, entre otras.
- **Sistemas de redes:** Forman parte de este sistema las redes de alcantarillado, de gases medicinales, eléctricos, hidráulicas, cloacales, entre otras.
- **Áreas adyacentes:** Son los jardines, los parques, las entradas etc.


#### Dotación

- **Equipo biomédico:**
- **De diagnóstico:** Son por ejemplo los rayos X, los ecógrafos, los equipos de medicina nuclear, los tomógrafos, axiales computarizados, los equipos de resonancia magnética nuclear, los ultrasonidos, los electrocardiógrafos, los holter, los capnógrafos, los medidores de O2 y CO2 indirectos entre otros.
- **De tratamiento y mantenimiento de la vida:** Se consideran las máquinas de anestesia, los ventiladores, los respiradores, los monitores de signos vitales, los desfibriladores, los marcapasos, exteriores, las incubadoras, las bombas de infusión, los pulmones artificiales, los circuladores y purificadores de sangre, los inyectores de medios y de medicamentos, los equipos de radioterapia y de terapia por radiaciones ionizantes, los equipos de diálisis, diatermias, la unidad quirúrgica (mesa de cirugía y lámpara cielítica), entre otros.
- **De rehabilitación:** se consideran los aparatos para terapia física, terapia respiratoria, los nebulizadores, los calentadores por radiación, etc.
- **De prevención:** Pueden ser los mismos equipos de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico precoz de patologías.



 <p>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</p>	<p>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</p>	Código: PPEd-F-04
		Versión: 01
		Fecha: 12/06/2013
		Página 72 de 73


- **De análisis de laboratorio:** Son los medidores de acidez o base (ph metros), centrifugas, balanzas, baños de maria, analizadores de química sanguínea, microscopios, coulter, refrigeradores, para banco de sangre, etc.
- **Equipo industrial y de uso hospitalario:**
- **Plantas eléctricas:** Son los generadores de electricidad que se emplean cuando el fluido eléctrico normal falla.
- **Equipos de lavandería y cocina:** Son por ejemplo las lavadoras, las calandrias, las planchas, las marmitas, las secadoras, las ollas, los carros, termos, las batidoras, licuadoras, grecas, las calderas, las bombas de agua, motobombas.
- **Autoclave y equipos de esterilización:** Son estos eléctricos y de vapor o por óxido de etileno u otras técnicas respectivamente.
- **Refrigeración y aire acondicionado:** Incluye las neveras para conservación de biológicos, los componentes de la red de frio etc.
- **Relacionados con servicios de apoyo:** Se encuentran las herramientas de aseo, los incineradores, las máquinas de coser, aspiradoras, etc.
- **Otros:** Se consideran los ascensores, los compresores, tornos, taladros y herramientas de taller, bebederos, etc.
- **Equipos de seguridad:** Incluyen los extintores, las alarmas sonoras y visuales, entre otros.
- **Muebles para uso administrativo y para uso asistencial:** Se incluyen las camillas, las camas hospitalarias, los escritorios, los armarios, las camas ginecológicas, los carros de medicamentos, muebles de las salas de espera entre otros.
- **Equipos de comunicación e informática:** Los teléfonos, los citofonos, los computadores, las calculadoras, máquinas de escribir, proyectores, retroproyectores, filmadoras, sistemas de televisión, sistemas de llamado de enfermería, relojes eléctricos, etc.
- **Vehículos:** Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra. Para el caso de la organización se entiende las ambulancias destinadas para el transporte asistencial básico – TAB de pacientes y otros

 <p><b>E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ</b></p>	<p><b>PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <p><b>PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2022</b></p>	<b>Código: PPED-F-04</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 12/06/2013</b>
		<b>Página 73 de 73</b>

automotores destinados al traslado de los funcionarios para desarrollar sus actividades fuera del casco urbano.



**SEVERIANO ANTONIO RIVERA A.**  
Gerente



**HENRY ADRIÁN GÓMEZ JARAMILLO**  
Subdirector Administrativo y financiero

## ANEXO 4

SNS 2000-001

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL HOSPITAL: LA MISERICORDIA DE YALI - ANTIOQUIA  
Público X Privado

## CERTIFICA

Que durante el año fiscal comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 la asignación y ejecución de recursos correspondientes a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación es la que se detalla a continuación:

CONCEPTO	Recursos 1 Iniciales	(%)	Recursos 2 Definitivos	(%)	Ejecución a 31 de Dic	(%)	Pagos a 31 de Dic	Saldo a ejecutar a 31 de Dic
1. Total ingresos	123,485,057	100%	157,555,917.00	127.59	122,943,929.00	78.03	48,433,234	34,611,988
2. Valor de los contratos con la Nación y con las Entidades Territoriales.	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
3. Recursos asignados a:								
3.1. Mantenimiento de la Infraestructura	11,300,000	9.15%	16,771,481.00	13.58	14,569,860.00	9.25	11,744,200.00	2,201,621
* Edificios	5,000,000	4.05%	7,447,481.00	6.03	5,245,860.00	3.33	2,420,200.00	2,201,621
* Instalaciones Físicas	800,000	0.65%	105,000.00	0.09	105,000.00	0.07	105,000.00	0
* Sistemas de Redes	4,000,000	3.24%	8,937,000	7.24	8,937,000.00	5.67	8,937,000.00	0
* Areas Adyacentes	1,500,000	1.21%	282,000	0.23	282,000.00	0.18	282,000.00	0
* Otros	0	0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0
3.2. Mantenimiento de la Dotación	112,185,057	90.85%	140,784,436.00	114.01	108,374,069.00	68.78	36,689,034.00	32,410,367
◊ Equipo Biomédico	24,000,000	19.44%	24,505,823.00	19.85	22,441,960.00	14.24	8,077,063.00	2,063,863
* De imágenes diagnósticas	10,000,000	8.10%	2,428,760.00	1.97	1,428,760.00	0.9068	0.00	1,000,000
* De laboratorio	2,500,000	2.02%	1,830,263.00	1.48	1,830,263	1.1617	830,263.00	0
* De terapia, tratamiento y rehabilitación	4,000,000	3.24%	2,500,000.00	2.02	2,110,956.00	1.3398	0.00	389,044
* Otros de diagnóstico	500,000	0.40%	2,500,000	2.02	2,000,000.00	1.2694	0.00	500,000
* De mantenimiento de la vida	7,000,000	5.67%	15,246,800.00	12.35	15,071,981.00	9.5661	7,246,800	174,819
◊ Equipo industrial de uso hospitalario	37,185,057	21.49%	42,245,463.00	34.21	17,887,480.00	11.35	9,879,382.00	24,357,983
* Plantas eléctricas	1,000,000	0.81%	302,700.00	0.25	302,700.00	0.19	302,700.00	0
* Equipos de lavandería y cocina	100,000	0.08%	61,000.00	0.05	61,000.00	0.04	61,000.00	0
* Bombas de agua, calderas	264,943	0.10%	50,000.00	0.04	50,000.00	0.03	50,000.00	0
* Autoclaves y esterilización	1,600,000	1.30%	237,000.00	0.19	237,000.00	0.15	0.00	0
* Refrigeración y aire acondicionado	700,000	0.57%	640,000	0.52	640,000.00	0.41	640,000.00	0
* Relacionados con servicios de apoyo	500,000	0.40%	256,000.00	0.21	256,000.00	0.16	256,000.00	0
* Otros (vehículos)	31,520,114	25.53%	39,486,153.00	31.98	15,128,170.00	9.60	8,569,682.00	24,357,983
* Equipo de seguridad	1,500,000	1.21%	1,212,610.00	0.98	1,212,610.00	0.77	0.00	0
◊ Muebles de uso administrativo y asistó	15,000,000	12.15%	27,200,000.00	22.03	27,200,000.00	17.26	0.00	0
◊ Equipo de comunicaciones e informática	36,000,000	29.15%	46,833,150.00	37.93	40,844,629.00	25.92	18,732,589.00	5,988,521

Se expide con destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD con fecha del 28 de enero de 2022

Henry Gómez J.

HENRY ADRIAN GOMEZ JARAMILLO  
Jefe de Mantenimiento

Revisor Fiscal

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA  
Director o Representante Legal

Dirección: Carrera 18 23-24

Teléfono: 867 5007

Fax: 867 50 06

Departamento: Antioquia

Municipio: Yali

## ANEXO 4

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL HOSPITAL: LA MISERICORDIA DE YALI - ANTIOQUIA


Público X Privado

## CERTIFICA

Que durante el año fiscal comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2022 la asignación y ejecución de recursos correspondientes a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación es la que se detalla a continuación:

CONCEPTO	Recursos Definitivos	(%)
1. Total ingresos	<b>149,392,814</b>	<b>100</b>
2. Valor de los contratos con la Nación y con las Entidades Territoriales.		
3. Recursos asignados a:		
3.1. Mantenimiento de la Infraestructura	<b>66,800,000</b>	<b>44.71</b>
* Edificios	55,000,000	36.82
* Sistemas de Redes	8,800,000	5.89
* Areas Adyacentes	2,000,000	1.34
* Otros - Instalaciones físicas	1,000,000	0.67
3.2 Mantenimiento de la Dotación	<b>82,592,814</b>	<b>55.29</b>
◊ Equipo Biomédico	<b>20,600,000</b>	<b>13.79</b>
* De imágenes diagnósticas	7,000,000	4.69
* De laboratorio	2,500,000	1.67
* De terapia, tratamiento y rehabilitación	3,500,000	2.34
* Otros de diagnóstico	600,000	0.00
* De mantenimiento de la vida	7,000,000	4.69
◊ Equio industrial de uso hospitalario	<b>37,550,000</b>	<b>25.14</b>
* Plantas elécticas	1,200,000	0.80
* Equipos de lavandería y cocina	150,000	0.10
* Bombas de agua, calderas	100,000	0.10
* Autoclaves y esterilización	1,300,000	0.87
* Refrigeración y aire acondicionado	700,000	0.10
* Relacionados con servicios de apoyo	600,000	0.40
* Otros (vehículos)	32,000,000	21.42
* Equipo de seguridad	1,500,000	1.00
◊ Muebles de uso administrativo y asistó	<b>5,000,000</b>	<b>3.35</b>
◊ Equipo de comunicaciones e informática	<b>19,442,814</b>	<b>13.01</b>
<b>TOTAL EQUIVALENTE 5% DEL PRESUPUESTO</b>	<b>149,392,814</b>	<b>100%</b>

Se expide con destino a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD con fecha 28 de enero de 2022.

  
SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA  
GERENTE

Dirección: Carrera 18 23-24

Fax: 867 50 06

Departamento: Antioquia



El Gerente de la ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA del Municipio de YALÍ certifica que para la vigencia comprendida entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 se han asignado los recursos correspondientes al 5% de los ingresos de la vigencia, para las actividades de mantenimiento hospitalario. De acuerdo al siguiente detalle:

CALCULO DE INGRESO BASE - RECURSOS VIGENCIA 2021	
Total de INGRESOS	2,987,856,270
5% PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	149,392,814
RECURSOS ASIGNADOS AL GASTO	
Mantenimiento - Partes, accesorios, herramientas	36,720,000
Mantenimiento - Servicios Planta Fisica	66,800,000
Mantenimiento - Dotación y vehiculos	38,550,000
Mantenimiento - Servicio de Metrología y Calibracion	8,000,000
	150,070,000

100.5%
--------

Dado en Yalí a los 27 días del mes de enero de 2022



SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA

GERENTE ESE HOSPITAL ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ